

**RESUMO DOS RESULTADOS DA AMOSTRA N° 163469/2014-1**  
 Processo Comercial N° 16071/2013-7

**DADOS REFERENTES AO CLIENTE**

<b>Empresa solicitante:</b>	Companhia Aguas de Joinville
<b>Endereço:</b>	Rua XV de Novembro, 3950 - - Gloria - Joinville - SC - CEP: 89.216-202 .
<b>Nome do Solicitante:</b>	Amanda Doubrava

**DADOS REFERENTES A AMOSTRA**

<b>Identificação do Cliente:</b>	Ponto 02		
<b>Amostra Rotulada como:</b>	Água Tratada		
<b>Coletor:</b>	Marcellus- Bioagri	<b>Data da coleta:</b>	3/7/2014 13:00:00
<b>Data da entrada no laboratório:</b>	04/07/2014 10:05	<b>Data de Elaboração do RRA:</b>	17/07/2014

**RESULTADOS PARA A AMOSTRA**

Parâmetros	Unidade	LQ	Resultados analíticos	Portaria 2914/11 - VMP
Ácidos Haloacéticos Totais (P-2914)	mg/L	0,033	0,036	0,08
Ácido Cloroacético (MCAA)	mg/L	0,007	< 0,007	---
Ácido Bromoacético (MBAA)	mg/L	0,005	< 0,005	---
Ácido Dicloroacético (DCAA)	mg/L	0,007	< 0,007	---
Ácido Tricloroacético (TCAA)	mg/L	0,002	0,005	---
Ácido Bromocloroacético (BCAA)	mg/L	0,005	< 0,005	---
Ácido Bromodichloroacético (BDCAA)	mg/L	0,005	< 0,005	---
Ácido Dibromoacético (DBAA)	mg/L	0,002	< 0,002	---
Ácido Clorodibromoacético (CDBAA)	mg/L	0,012	< 0,012	---
Ácido Tribromoacético (TBAA)	mg/L	0,025	< 0,025	---

**Portaria 2914/11 - VMP** Portaria 2914 de 12 de dezembro de 2011 do Ministério da Saúde

**Notas**

LQ = Limite de Quantificação.

**Abrangência**

O(s) resultado(s) referem-se somente à(s) amostra(s) analisada(s).  
 Este Resumo de Resultados só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração.

**Este relatório cancela e substitui o relatório N° 163469/2014-0**


**Dados de Origem**


Resumo dos resultados da amostra n° 163469/2014-1 preparado com os dados dos relatórios de ensaio: 163469/2014-1 - Piracicaba anexados a este documento.

**Declaração de Conformidade**

Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os valores estabelecidos pela Portaria 2914 de 12 de dezembro de 2011 do Ministério da Saúde podemos observar que: O(s) parâmetro(s) satisfazem os limites permitidos.

Chave de Validação: c0cd4947f4b5b3ffb12c359050fbeaa4

  
 Juliana Bombasaro  
 Controle de Qualidade  
 CRQ 04469985 - 4ª Região

  
 Marcos Ceccatto  
 Diretor Técnico  
 CRQ 04432847 - 4ª Região

**RELATÓRIO DE ENSAIO N° 163469/2014-1 - Piracicaba**  
 Processo Comercial N° 16071/2013-7

**DADOS REFERENTES AO CLIENTE**

<b>Empresa solicitante:</b>	Companhia Aguas de Joinville
<b>Endereço:</b>	Rua XV de Novembro, 3950 - - Gloria - Joinville - SC - CEP: 89.216-202 .
<b>Nome do Solicitante:</b>	Amanda Doubrawa

**DADOS REFERENTES A AMOSTRA**

<b>Identificação do Cliente:</b>	Ponto 02		
<b>Amostra Rotulada como:</b>	Água Tratada		
<b>Coletor:</b>	Marcellus- Bioagri	<b>Data da coleta:</b>	3/7/2014 13:00:00
<b>Data da entrada no laboratório:</b>	04/07/2014 10:05	<b>Data de Elaboração do RE:</b>	17/07/2014

**RESULTADOS PARA A AMOSTRA**

Parâmetros	CAS	Unidade	LQ	Resultados analíticos	Incerteza	Portaria 2914/11 - VMP	Data do Ensaio
Ácidos Haloacéticos Totais (P-2914)	---	mg/L	0,033	0,036	0,0058	0,08	14/07/2014 11:43
Ácido Cloroacético (MCAA)	79-11-8	mg/L	0,007	< 0,007	n.a.	---	14/07/2014 11:43
Ácido Bromoacético (MBAA)	---	mg/L	0,005	< 0,005	n.a.	---	14/07/2014 11:43
Ácido Dicloroacético (DCAA)	79-43-6	mg/L	0,007	< 0,007	n.a.	---	14/07/2014 11:43
Ácido Tricloroacético (TCAA)	76-03-9	mg/L	0,002	0,005	0,0008	---	14/07/2014 11:43
Ácido Bromocloroacético (BCAA)	5589-96-3	mg/L	0,005	< 0,005	n.a.	---	14/07/2014 11:43
Ácido Bromodicloroacético (BDCAA)	7113-314-7	mg/L	0,005	< 0,005	n.a.	---	14/07/2014 11:43
Ácido Dibromoacético (DBAA)	631-64-1	mg/L	0,002	< 0,002	n.a.	---	14/07/2014 11:43
Ácido Clorodibromoacético (CDBAA)	---	mg/L	0,012	< 0,012	n.a.	---	14/07/2014 11:43
Ácido Tribromoacético (TBAA)	---	mg/L	0,025	< 0,025	n.a.	---	14/07/2014 11:43

**CONTROLE DE QUALIDADE DO LABORATÓRIO**
**Controle de Qualidade - Ácidos Haloacéticos**
**172145/2014-0 - Branco de Análise - HAA**

Parâmetros	Unidade	LQ	Resultados analíticos
Ácido Cloroacético (MCAA)	mg/L	0,007	< 0,007
Ácido Bromoacético (MBAA)	mg/L	0,005	< 0,005
Ácido Dicloroacético (DCAA)	mg/L	0,007	< 0,007
Ácido Tricloroacético (TCAA)	mg/L	0,002	< 0,002
Ácido Bromocloroacético (BCAA)	mg/L	0,005	< 0,005
Ácido Bromodicloroacético (BDCAA)	mg/L	0,005	< 0,005
Ácido Dibromoacético (DBAA)	mg/L	0,002	< 0,002
Ácido Clorodibromoacético (CDBAA)	mg/L	0,012	< 0,012
Ácido Tribromoacético (TBAA)	mg/L	0,025	< 0,025

**Ensaio de Recuperação**

Parâmetros	Quantidade Adicionada	Unidade	Resultado da Recuperação (%)	Faixa Aceitável de Recuperação (%)
<b>172146/2014-0 - Amostra Controle - HAA</b>				
Ácido Cloroacético (MCAA)	0,007475	mg/L	62	50 - 150
Ácido Bromoacético (MBAA)	0,00504	mg/L	81	50 - 150
Ácido Dicloroacético (DCAA)	0,007465	mg/L	137	50 - 150
Ácido Tricloroacético (TCAA)	0,00249	mg/L	139	50 - 150
Ácido Dibromoacético (DBAA)	0,002465	mg/L	125	50 - 150
<b>Surrogates</b>				
<b>172145/2014-0 - Branco de Análise - HAA</b>				
Ácido 2,3-Dibromopropiônico	0,012275	%	53	50 - 150
<b>172146/2014-0 - Amostra Controle - HAA</b>				
Ácido 2,3-Dibromopropiônico	0,012275	%	52	50 - 150
<b>163469/2014-1 - Ponto 02</b>				
Ácido 2,3-Dibromopropiônico	0,012275	%	51	50 - 150

**Notas**

LQ = Limite de Quantificação.

**Abrangência**

O(s) resultado(s) referem-se somente à(s) amostra(s) analisada(s).

Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração.

**Este relatório cancela e substitui o relatório N° 163469/2014-0**

**Plano de Amostragem**

A amostragem foi realizada conforme SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 1060 e POP LB 010 para matrizes líquidas, CETESB 6300, 1999 e POP LB 011 para solo, EPA-823-B-01-002:2001 e POP LB 011 para sedimento e ABNT-NBR 10007:2004 e POP LB 011 para resíduos industriais.

Local de Amostragem: Rua Rio do Oeste nº 230 - área habitada

Tipo de Amostragem: Simples (pontual)

Responsável pela Coleta: Marcellus- Bioagri

Chuva nas Últimas 24 horas? Não

Outras Informações: água parada, limpa

Data de Coleta - SQL 03/07/2014 13:00:00

**Responsabilidade Técnica**

Os ensaios foram realizados na unidade da Bioagri Ambiental Ltda. - Matriz, situada na Rua Aljovil Martini, 177/201, Bairro Dois Córregos, Cep. 14420-833, Piracicaba/SP, registrada no CRQ 4ª Região sob nº 16082-F e responsabilidade técnica do profissional José Carlos Moretti, CRQ nº 04107238, 4ª Região.

**Referências Metodológicas**

Análises foram realizadas conforme a última versão do Standard Methods for the Examination of Water & Wastewater 22nd 2012 (SMWW), EPA e ABNT (quando aplicável).

HAAs: EPA 552.3:2003

**Revisores**

Renato Augusto Duarte Gava

Chave de Validação: c0cd4947f4b5b3ffb12c359050fbaa4

  
Juliana Bombasaro  
Controle de Qualidade  
CRQ 04469985 - 4ª Região

  
Marcos Ceccatto  
Diretor Técnico  
CRQ 04432847 - 4ª Região